

**СВОДКА ОТЗЫВОВ**  
**на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта**

Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 2.  
 Клинические испытания моделей с автоматическим типом измерения

наименование стандарта

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
В целом по стандарту	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют	-
В целом по стандарту	Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения	Предложения и замечания отсутствуют	-
В целом по проекту стандарта	Минэкономики Украины	Воздержался, так как действует национальный стандарт ДСТУ	-
В целом по стандарту	ООО «Альтомедика» Письмо от 04.12.2020 г.	<u>Предложение:</u> где речь идет о неинвазивном измерении, «кровенное давление» заменить на «артериальное давление»	Принято к сведению В проекте стандарта не используется термин «кровенное давление» кроме наименования международного стандарта IEC 60601-2-34:2011, где речь идет об инвазивном измерении, и перевод которого зарегистрирован в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» с таким наименованием
В целом по стандарту	ООО «Альтомедика» Письмо от 04.12.2020 г.	<u>Предложение:</u> «систолическое кровяное давление» заменить на «систолическое давление»	Принято к сведению В проекте стандарта не используется термин «систолическое кровяное давление»  Термин «систолическое артериальное давление» заменен на «систолическое давление»

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
В целом по стандарту	ООО «Альтомедика» Письмо от 04.12.2020 г.	<u>Предложение:</u> «диастолическое кровяное давление» заменить на «диастолическое давление»	Принято к сведению В проекте стандарта не используется термин «диастолическое кровяное давление»  Термин «диастолическое артериальное давление» заменен на «диастолическое давление»