

# Технический комитет по стандартизации 011

## «Медицинские приборы, аппараты и оборудование»

Россия, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 2,  
корпус 1, помещение 13, комната 2, этаж 5

✉ tk-011@ya.ru ☎ +7 (915) 200-31-27

«07» августа 2020 года

№ - 0708/20

### ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование»  
ТК 011

Председатель ТК 011:

Романов О.В.

С 24.07.2020 г. по 06.08.2020 г. техническим комитетом по стандартизации «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» (ТК 011) проводилось заочное голосование по вопросу рекомендации к утверждению проекта национального стандарта ГОСТ Р ...–2020 «Ложемент универсальный съемный медицинский. Общие технические требования, методы контроля и испытаний» (шифр темы: 1.10.011-1.021.18).

Обсуждение проводилось по окончательной редакции проекта национального стандарта по теме 1.10.011-1.021.18 и соответствующей сводке замечаний и предложений.

На голосование был поставлен вопрос о рекомендации к утверждению проекта национального стандарта.

#### **По результатам обсуждения и голосования решено следующее:**

1) Принять для рассмотрения повторное предложение с дополнительным обоснованием ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» по содержанию пунктов 5.7.6 и 6.15 в части снижения верхней границы температуры с 70°C до 50°C и дополнительное предложение по уточнению параметров, к которым даны числовые значения в пункте 5.2.7. Соответствующий голос «ПРОТИВ» считать обоснованными.

2) Секретариату ТК 011 и разработчику организовать обсуждение спорных вопросов и провести корректировку проекта национального стандарта в соответствии с принятым решением.

3) Секретариату ТК 011 организовать дополнительное голосование по содержанию по содержанию пунктов 5.7.6 и 6.15 и пункта 5.2.7 проекта стандарта по теме 1.10.011-1.021.18.

4) Текст проекта стандарта за исключением рекомендованных к доработке элементов считать согласованным.

Председатель ТК 011

О.В. Романов