

Технический комитет по стандартизации 011

«Медицинские приборы, аппараты и оборудование»

Россия, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 2,
корпус 1, помещение 13, комната 2, этаж 5

✉ tk-011@ya.ru ☎ +7 (915) 200-31-27

«12» апреля 2021 года

№ - 1204/21

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование»
ТК 011

С 05.04.2021 г. по 11.04.2021 г. техническим комитетом по стандартизации «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» (ТК 011) проводилось заочное голосование по следующим вопросам:

- 1 Переименование проекта национального стандарта по теме 1.10.011-1.088.20.
- 2 Внесение поправки в ГОСТ Р 58451–2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения».

1 По результатам голосования по вопросу переименования проекта национального стандарта по теме 1.10.011-1.088.20 решено следующее:

- 1) Принять предложение по внесению следующего изменения в наименование проекта стандарта по теме 1.10.011-1.088.20:

Шифр задания Программы национальной стандартизации	Наименование проекта (исходное)	Наименование проекта (предлагаемое)
1.10.011-1.088.20	Средства радиационной рентгеновской защиты при медицинских процедурах. Методы контроля технического состояния	Средства защиты от рентгеновского излучения в медицине. Методы контроля

- 2) Секретариату ТК 011 направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии письмо о внесении изменения в наименование проекта стандарта по теме 1.10.011-1.088.20.

2 По результатам голосования по вопросу внесение поправки в ГОСТ Р 58451–2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения» решено следующее:

- 1) Принять предложение по внесению следующей поправки в ГОСТ Р 58451–2019:

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Подраздел 12.1, второе перечисление	- отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов.	- отдельным регистрационным удостоверением на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов.

- 2) Секретариату ТК 011 провести процедуру внесения поправки в ГОСТ Р 58451–2019.

Председатель ТК 011

О.В. Романов